



PCZ/II-ZP/12/2019

Żnin, dn. 14.06.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/12/2019**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych w pozycjach 1-8 dla
Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1 - Grupa 9

Czy zamawiający z powodu wycofania z rynku przez producenta produktu Septyl R dopuści wydajny, enzymatyczny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym - proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitor korozji) i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Spektrum

Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885). Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów). Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy Adeno i Polio. Wyjątkowe właściwości myjące. Niskie stężenie roztworu roboczego 0,5%.

Zawierający 11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) 1,25 g Chlorek didecyldimetyloamoni opak dostępne 1litr z dozownikiem lub kanister 5L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w środek w op. 1 l z dozownikiem

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zmianie terminu wyznaczonego na składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE (budynek Dyrekcji) Pałuckiego Centrum Zdrowia

Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, **do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10.00**

Miejsce otwarcia ofert: ŚWIETLICA (piwnica w bud. Oddz. Gin-Poł.) Pałuckiego Centrum Zdrowia

Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, **dnia 19.06.2019r., godz. 10.15**

Zamawiający, żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji, na adres e-mail zamowienia@szpitalznin.pl. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SZPITALA
Roman Pawłowski

